

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРОЛОГИЯ-НСК" (ООО "МЕТРОЛОГИЯ-НСК")
наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.313729

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ДЮЯ/05-06-2025/438407780

Действительно до 04.06.2026

Средство измерений Системы измерений параметров автомобильных транспортных средств в движении;
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в
UnicamWIM; UnicamWIM; Рег. № 52647-13
Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер CAM20001330
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение
в составе в соответствии с ОТ
поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений
или которые исключены из поверки

в соответствии с МП РТ 1781-2012 (с Изменением №2)
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением
эталонов: 52614-13 Аппаратура навигационно-временная потребителей глобальных навигационных
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)
спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS/GALILEO/SBAS NV08C-MCM", " NV08C-CSM и NV08C-CSM-DR 18606 2022 Рабочий
средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

эталон № 05/4 для СИ скорости движения ТС, текущего времени и определения координат по сигналам (ГНСС) ООО
Метрология-НСК от 10.10.2024; 46357-11 Весы автомобильные электронные портативные ВА-П 71674 2023 Эталон
5-го разряда Государственная поверочная схема для средств измерения массы. Приказ № 1622 от 04.07.2022 г.

при следующих
значениях влияющих
факторов: температура: 18,0°C; атм. давление: 96,3 кПа; отн. влажность: 38,2%
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано **пригодным** к применению.

Постоянный адрес
записи сведений о
результатах поверки в
ФИФ ОЕИ: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-438407780>

Номер записи сведений
о результатах
поверки в ФИФ ОЕИ: 438407780

Поверитель Анфилофьева И.Д.
фамилия, инициалы

Знак поверки:



Директор Павленко А.М.
должность руководителя или
другого уполномоченного лица
подпись
фамилия, инициалы

Дата поверки 05.06.2025